

Re: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2022 – PMM

De Lcpar Imp. e Exp. EIRELI ME <lcpar88@gmail.com>
Para <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>, <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 30-11-2022 09:17

Bom dia

Com relação ao pregão eletrônico 119/2022, poderiam por favor nos informar a amperagem, das baterias e ou a marca e modelo utilizados atualmente.

Poderiam também informar se as baterias inservíveis serão entregues ao fornecedor das novas baterias?

Att

Lcpar Imp. e Exp. EIRELI
(41)3274-2244
[Lcpar88@gmail.com](mailto:lcpar88@gmail.com)

Recolhemos as suas baterias inservíveis para descarte de acordo com: Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei nº 12.305, de 2010 –Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4º e 6º da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.

Em sex., 25 de nov. de 2022 às 09:49, Lcpar Imp. e Exp. EIRELI ME <lcpar88@gmail.com> escreveu:

Bom dia

Com relação ao pregão eletrônico 119/2022, poderiam por favor nos informar a amperagem, das baterias e ou a marca e modelo utilizados atualmente.

Poderiam também informar se as baterias inservíveis serão entregues ao fornecedor das novas baterias?

Att

Lcpar Imp. e Exp. EIRELI
(41)3274-2244
[Lcpar88@gmail.com](mailto:lcpar88@gmail.com)

Recolhemos as suas baterias inservíveis para descarte de acordo com: Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei nº 12.305, de 2010 –Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4º e 6º da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.

Esclarecimento edital 119-2022

De Jessica Costa <licitacoes@mre3.com.br>
Para licitacao@marmeileiro.pr.gov.br <licitacao@marmeileiro.pr.gov.br>, licitacao02@marmeileiro.pr.gov.br <licitacao02@marmeileiro.pr.gov.br>
Data 30-11-2022 16:28

Boa tarde

Gostaria de um esclarecimento.

Em relação ao Lote 2 - item 71 - Manutenção preventiva de analisador de hematologia. Marca Mindray, modelo bc 3000. No edital existe uma inconsistência em relação a esse equipamento.

Esse equipamento da marca Mindray, a nossa empresa é a assistência técnica autorizada.

Para a realização da manutenção desse equipamento é necessário um kit de manutenção preventiva, sem esse kit não é possível realizar a manutenção. Porém o lote 2 não contempla peças .

Outro porem que o valor da manutenção do equipamento está abaixo do praticado.

Peço por favor que considerem tirar esse item do edital ou fazerem uma alteração no termo de referência, pois da forma como está no edital é impossível realizar a manutenção deste equipamento.

Fico no aguardo

Atenciosamente,



MRE3

Jessica C. e Filipe C.

■ licitacoes@mre3.com.br
■ mre3.com.br
■ Av. João Gualberto, 1705 - Curitiba PR
■ 41 3073 1512

RE: Esclarecimento edital 119-2022

De Jessica Costa <licitacoes@mre3.com.br>
Para licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>, licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 30-11-2022 16:45

Boa tarde

Outro porem que existe algumas marcas como Celm e Nikon que não são marcas com empresas Exclusivas.

Mas outras são como Sinowa e Mindray quando se trata de equipamentos de bioquímica e hematologia.

É necessário realmente verificar, porque marcas com exclusividade não tem como estarem num mesmo lote.

Att

Jéssica

De: Jessica Costa

Enviado: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 16:28

Para: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>; licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>

Assunto: Esclarecimento edital 119-2022

Boa tarde

Gostaria de um esclarecimento.

Em relação ao Lote 2 - item 71 - Manutenção preventiva de analisador de hematologia. Marca Mindray, modelo bc 3000.

No edital existe uma inconsistência em relação a esse equipamento.

Esse equipamento da marca Mindray, a nossa empresa é a assistência técnica autorizada.

Para a realização da manutenção desse equipamento é necessário um kit de manutenção preventiva, sem esse kit não é possível realizar a manutenção. Porém o lote 2 não contempla peças .

Outro porem que o valor da manutenção do equipamento está abaixo do praticado.

Peço por favor que considerem tirar esse item do edital ou fazerem uma alteração no termo de referência, pois da forma como está no edital é impossível realizar a manutenção deste equipamento.

Fico no aguardo

Atenciosamente,



Jessica C. e Filipe C.

■ licitacoes@mre3.com.br
■ mre3.com.br
■ Av. João Gualberto, 1795 - Curitiba PR
■ 41 3073 1512

Fwd: Re: Fwd: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2022 – PMM

De Licitações e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Para <lcp88@gmail.com>
Data 01-12-2022 17:04

Boa tarde, segue abaixo resposta ao pedido de esclarecimento, do Departamento solicitante. Referente ao Pregão 119/2022.

Atenciosamente,
Setor de Licitações
Tel (46) 3525-8107 / 3525-8105

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2022 – PMM

Data: 01-12-2022 16:39

De: "comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br" <comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br></comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br>

Para: Licitações e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br></licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Boa tarde.

O modelo da bateria é: Bateria Estacionária 185Ah 12V.
Referente as baterias inservíveis serao entregues ao fornecedor das novas.

Att,
Thaís
Departamento Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Marmeleiro
CNPJ 76.205.665/0001-01
Fone: 46 3525-1677

Em 28-11-2022 11:20, Licitações e Contratos escreveu:

Bom dia,

Favor responder esse questionamento referente ao Pregão Eletrônico nº 119/2022, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, médico hospitalar, laboratoriais e câmaras de vacina, reposição de peças e fornecimento de declaração/laudo, assinado, atestando que o equipamento está apto para o uso, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Atenciosamente,
Setor de Licitações
Tel (46) 3525-8107 / 3525-8105

----- Mensagem original -----

Assunto:EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2022 – PMM

Data: 25-11-2022 09:49

De: "Lcp88 Imp. e Exp. EIRELI ME" <lcp88@gmail.com></lcp88@gmail.com>

Para: licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br, licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Bom dia

Com relação ao pregao eletrônico 119/2022, poderiam por favor nos informar a amperagem, das baterias e ou a marca e modelo utilizados atualmente. Poderiam tambem informar se as baterias inservíveis serao entregues ao fornecedor das novas baterias?

Att

Lcp88 Imp. e Exp. EIRELI
(41)3274-2244
Lcp88@gmail.com

Recolhemos as suas baterias inservíveis para descarte de acordo com: Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4º e 6º da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.

-

-

194
8

Re: Fwd: Re: Fwd: RE: Esclarecimento edital 119-2022

195

B



De Licitações e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Para <comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 01-12-2022 17:08

Boa tarde, referente a resposta ao pedido de esclarecimento. Será necessário a alteração na descrição do Item 2 no edital?

Atenciosamente,
Setor de Licitações
Tel (46) 3525-8107 / 3525-8105

Em 01-12-2022 16:40, comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br escreveu:

Departamento Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Marmeleiro
CNPJ 76.205.665/0001-01
Fone: 46 3525-1677

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: RE: Esclarecimento edital 119-2022

Data: 01-12-2022 16:34

De: "laboratorio@marmeleiro.pr.gov.br" <laboratorio@marmeleiro.pr.gov.br></laboratorio@marmeleiro.pr.gov.br>

Para: comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br

Em relação aos questionamentos;

1. "Para a realização da manutenção desse equipamento é necessário um kit de manutenção preventiva, sem esse kit não é possível realizar a manutenção. Porém o lote 2 não contempla peças ." **Desde a compra do equipamento manutenções preventivas e corretivas foram realizadas por empresas autorizadas e as mesmas não exigiram tal kit de manutenção, realizando as manutenções sem intercorrências. Em situações que foi necessário a troca de peças as mesmas foram efetuadas e pagas em separado ao valor da manutenção.**
2. "Outro porem que o valor da manutenção do equipamento está abaixo do praticado." **A questão de valores não posso responder pois não realizei as cotações para tal pregão**
3. "Outro porem que existe algumas marcas como Celm e Nikon que não são marcas com empresas Exclusivas. Mas outras são como Sinowa e Mindray quando se trata de equipamentos de bioquímica e hematologia. É necessário realmente verificar, porque marcas com exclusividade não tem como estarem num mesmo lote." **Sobre esse questionamento concordo com a empresa. Não há como colocar em um mesmo lote equipamentos de complexidade diferentes.**

Katiane Cella
Farmacêutica - Bioquímica
CRF-PR: 12.632
Laboratório Municipal de Marmeleiro

Em 01-12-2022 09:22, comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br escreveu:

Departamento Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Marmeleiro
CNPJ 76.205.665/0001-01
Fone: 46 3525-1677

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: RE: Esclarecimento edital 119-2022

Data: 30-11-2022 19:17

De: Licitações e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br></licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Para: saudeadm <saudeadm@marmeleiro.pr.gov.br>, comprassaude <comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br>
</comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br></saudeadm@marmeleiro.pr.gov.br>

Favor responder esse pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,
Franciéli de Oliveira
Setor de Licitações
Tel (46) 3525-8107 / 3525-8105

----- Mensagem original -----

Assunto: RE: Esclarecimento edital 119-2022
Data: 30-11-2022 16:45
De: Jessica Costa <licitacoes@mre3.com.br></licitacoes@mre3.com.br>
Para: "licitacao@marmeleiro.pr.gov.br" <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>,
"licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br" <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>
</licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br></licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Boa tarde

Outro porem que existe algumas marcas como Celm e Nikon que não são marcas com empresas Exclusivas.

Mas outras são como Sinowa e Mindray quando se trata de equipamentos de bioquímica e hematologia.

É necessário realmente verificar, porque marcas com exclusividade não tem como estarem num mesmo lote.

Att
Jéssica

De: Jessica Costa
Enviado: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 16:28
Para: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>; licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>
Assunto: Esclarecimento edital 119-2022

Boa tarde

Gostaria de um esclarecimento.

Em relação ao Lote 2 - item 71 - Manutenção preventiva de analisador de hematologia. Marca Mindray, modelo bc 3000.
No edital existe uma inconsistência em relação a esse equipamento.

Esse equipamento da marca Mindray, a nossa empresa é a assistência técnica autorizada.

Para a realização da manutenção desse equipamento é necessário um kit de manutenção preventiva, sem esse kit não é possível realizar a manutenção. Porém o lote 2 não contempla peças .


Outro porem que o valor da manutenção do equipamento está abaixo do praticado.

Peço por favor que considerem tirar esse item do edital ou fazerem uma alteração no termo de referência, pois da forma como está no edital é impossível realizar a manutenção deste equipamento.

Fico no aguardo

Atenciosamente,

197
8



MRE3

Jessica C. e Filipe C.

- licitacoes@mre3.com.br
- mre3.com.br
- Av. João Qualberto, 1795 - Curitiba PR
- 41 3073 1512