



PROPOSTAS AJUSTADAS

Para análise conforme item 3 do Anexo I – Termo de
Referência do Edital

11.089.732/0001-16**STOKMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**RUA PARANAÍ, Nº 796
EMILIANO PERNETA – CEP 83.324-390
PINHAIS – PRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARMELEIRO / PRREFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023
PROCESSO ADM Nº 30/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **11.089.732/0001-16**, Inscrição Estadual nº **90.506.795-83**, sediada na Rua Paranaíba, Nº 796, Emiliano Pernetá, CEP 83.324-390, Pinhais/PR, telefone: (41) 3014-0010, e-mail: licitacoes@stokmed.com.br, por intermédio de seu Sócio Administrador, o Sr. **FABIANO MARTINS STOKLOSKI**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. **6.125.798-5** SESP/PR e CPF nº **004.202.089-17**, apresenta: PROPOSTA para FORNECIMENTO dos itens abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / CONTRATO:NOME: **FABIANO MARTINS STOKLOSKI (SÓCIO ADMINISTRADOR)**CPF **004.202.089-17** / RG **6.125.798-5** / ORGÃO EMISSOR **SESP/PR**ENDEREÇO RESIDENCIAL: **RUA ANGELO BRESEGHELLO, 422 – BAIRRO ALTO – CURITIBA / PR – CEP 82.840-540**DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL (001) / AGÊNCIA 3041-4 / CONTA CORRENTE 116.706-5**

Item	Qnt	Unid	Descrição	Marca	Modelo	ANVISA	Valor Unit	Valor Total
15	3	UNID	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO. Aspirador elétrico, portátil, pressão de vácuo aproximada 600 mmHg, fluxo de aspiração 15 L/min, voltagem: bivolt automático. Bomba aspiradora para a sucção de sangue e secreção indicada para uso Home Care. Frasco coletor com capacidade mínima de 1,3L sendo composto por polímero, totalmente fechado para não causar maus odores no ambiente, tampa do frasco com válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio. Acessórios: 01 Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada 01 Frasco coletor 01 Manguieiras de silicone com 1,6 metros de comprimento. 01 ano de garantia contra defeito de fabricação. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA OFERTAMOS VÁCUO MÁXIMO: 560mmHg	NEVONI	5005BRST	80112550003	358,26	R\$ 1.074,78
145	15	JOGO	PÁS ELETRODO ADULTO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho Futura Life-400.	CMOS DRAKE	ADULTO	80058130008	583,80	R\$ 8.757,00

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA PARANAÍ, Nº 796 – EMILIANO PERNETA
CEP 83.324-390 – PINHAIS / PR
TELEFONE (41) 3014-0010
E-MAIL: licitacoes@stokmed.com.br
CNPJ: 11.089.732/0001-16

11.089.732/0001-16**STOKMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**RUA PARANAÍ, Nº 796
EMILIANO PERNETA – CEP 83.324-390
PINHAIS – PR

146	5	JOGO	PÁS ELETRODO ADULTO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho INSTRAMED ION (DEA) LED.	INSTRAMED	ISIS / ION ADULTO	10242950016	384,76	R\$ 1.923,80
147	10	JOGO	PÁS ELETRODO PEDIÁTRICO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho Futura Life-400.	CMOS DRAKE	INFANTIL	80058130008	583,80	R\$ 5.838,00
148	5	JOGO	PÁS ELETRODO PEDIÁTRICO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho INSTRAMED ION (DEA) LED.	INSTRAMED	ISIS / ION INFANTIL	10242950016	334,21	R\$ 1.671,05
149	20	UNID	PÊRA PARA ELETRODO. Pêra de sucção para ECG. Indicada para utilização em conjunto com o eletrodo precordial, ajuda a fixar os eletrodos no paciente por meio de sucção em exames de ECG.	FUSIBRÁS	PS ADULTO	81749450003	8,13	R\$ 162,60
220	20	UNID	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO (para cilindro de oxigenio destinado á alimentação de equipamentos médicos, proporciona a regulagem da pressão de saída. Fabricada em latão cromado, com 01 manometro de alta pressão (0-300Kgf/cm²), possui alta durabilidade e precisão no controle de saída do gás. Possui entrada com filtro de bronzesinterizado e valvula de segurança. Conexões padrão ABNT 11725 e 11906. APRESENTAR SELO DO INMETRO	PROTEC	5073	80435149003	311,70	R\$ 6.234,00
							Valor Total:	R\$ 25.661,23
vinte e cinco mil, seiscientos e sessenta e um reais e vinte e três centavos								

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, após solicitação formal.

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias contados do mês subsequente da apresentação da Nota Fiscal.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, após emissão da nota fiscal, ou conforme o prazo de garantia do fabricante.

DECLARAMOS que esta empresa **ENQUADRA-SE** no Regime de Tributação de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme estabelece o Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, estando cadastrada no Simples Nacional.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, impostos, frete e toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto da licitação.

FABIANO MARTINS
STOKLOSKI:00420208917

Assinado de forma digital por
FABIANO MARTINS
STOKLOSKI:00420208917
Dados: 2023.04.24 17:25:03 -03'00'

Pinhais, 13 de Abril de 2023.

FABIANO MARTINS STOKLOSKI
RG 6.125.798-5 | CPF 004.202.089-17

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA PARANAÍ, Nº 796 – EMILIANO PERNETA
CEP 83.324-390 – PINHAIS / PR
TELEFONE (41) 3014-0010
E-MAIL: licitacoes@stokmed.com.br
CNPJ: 11.089.732/0001-16

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	06.207.441/0001-45
Autorização	8.04.351-4
Produto	VALVULA REGULADORAS PROTEC

Modelo Produto Médico
Pressão de Cilindro com 01 Manômetro / Pressão de Cilindro com 02 Manômetros / Para Rede de Gases

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	008050_Válvula Red. Cilindro 1 Man. Protec.pdf	4250739210 - 27/10/2021 12:58:53
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	008053_Válvula Reg. de Rede Protec.pdf	4250739210 - 27/10/2021 12:58:53
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	008060_Válvula Red. Cilindro 2 Man. Protec.pdf	4250739210 - 27/10/2021 12:58:53

Nome Técnico	Valvula Para Gases Medicinais
Registro	80435149003
Processo	25351543866200817
Fabricante Legal	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

11.089.732/0001-16**STOKMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**RUA PARANAÍ, Nº 796
EMILIANO PERNETA – CEP 83.324-390
PINHAIS – PR**A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARMELEIRO / PR****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023
PROCESSO ADM Nº 30/2023****DECLARAÇÃO INMETRO**

A empresa **STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 11.089.732/0001-16, Inscrição Estadual Nº 90506795-83, sediada na Rua Paranaíba, Nº 796, Emiliano Pernetá, CEP 83.324-390 – Pinhais/PR, telefone (41) 3014-0010, e-mail: licitacoes@stokmed.com.br, por intermédio de seu Sócio Administrador Sr. **FABIANO MARTINS STOKLOSKI**, brasileiro, casado, portador da Carteira de identidade RG Nº 6.125.798-5 SESP/PR e do CPF Nº 004.202.089-17, **INFORMA**, que conforme e-mail abaixo recebido do fornecedor **PROTEC**, o item **220 – VALVULA REGULADORA PARA CLINDRO DE OXIGENIO (...)**, é dispensado de **INMETRO**.

Pinhais, 13 de Abril de 2023.

FABIANO MARTINS

STOKLOSKI:00420208917

Assinado de forma digital por
FABIANO MARTINS
STOKLOSKI:00420208917
Dados: 2023.04.24 17:39:33 -03'00'**FABIANO MARTINS STOKLOSKI
RG 6.125.798-5 | CPF 004.202.089-17****STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**RUA PARANAÍ, Nº 796 – EMILIANO PERNETA
CEP 83.324-390 – PINHAIS / PR
TELEFONE (41) 3014-0010
E-MAIL: licitacoes@stokmed.com.br
CNPJ: 11.089.732/0001-16

Daisy - Licitações Cirupar

De: Leandro | Licitações Cirupar <licitacao1@cirupar.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 24 de abril de 2023 17:17
Para: 'Daisy - Licitações Cirupar'
Assunto: ENC: CT172023PMM

Olá Daisy,

Segue.....



De: comercial1@protec.com.br <comercial1@protec.com.br>
Enviada em: terça-feira, 11 de abril de 2023 08:14
Para: 'Leandro | Licitações Cirupar' <licitacao1@cirupar.com.br>
Assunto: RES: CT172023PMM

Bom dia,
 Estes itens não necessitam de certificação Inmetro, nós não aplicamos esta certificação a estes produtos.

Att,



Thalita Rodrigues

Auxiliar de Vendas
 +55 11 3132.9899 Ramal: 9891
comercial1@protec.com.br

Presença confirmada!
Hospitalar
 By Informa Markets

23 a 26 de maio de 2023
 Terça a Sexta, das 11h às 20h
 São Paulo Expo

Visite nosso estande: **C21**

Expositor

PROTEC

De: Leandro | Licitações Cirupar <licitacao1@cirupar.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 10 de abril de 2023 17:19
Para: comercial1@protec.com.br
Assunto: RES: CT172023PMM

Olá Thalita,

Esses números são da anvisa.

Preciso..... "APRESENTAR Registro do produto no **INMETRO.**"

Obrigado.



De: comercial1@protec.com.br <comercial1@protec.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 10 de abril de 2023 17:02

Para: 'Leandro | Licitações Cirupar' <licitacao1@cirupar.com.br>

Assunto: RES: CT172023PMM

Boa tarde, segue.

80435140017

80435140028

80453149003

Att,



Thalita Rodrigues

Auxiliar de Vendas

+55 11 3132.9899 Ramal: 9891

comercial1@protec.com.br

De: Leandro | Licitações Cirupar <licitacao1@cirupar.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 10 de abril de 2023 15:33

Para: comercial1@protec.com.br

Assunto: RES: CT172023PMM

Boa tarde ,

Thalita,

Para esses itens estão solicitando;

"APRESENTAR Registro do produto no **INMETRO.**"

Atenciosamente,



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PARECER ANÁLISE DOCUMENTAL

Pregão Eletrônico 17/2023

Protocolo/Processo nº 308/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Conforme item 5 “**DA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DA ANVISA DO PRODUTO E SELO DO INMETRO DO PRODUTO:**

Juntamente com a proposta ajustada ao preço final deverá ser anexado:

O REGISTRO DA ANVISA DO PRODUTO, para os itens 15, 52, 53, 54, 55, 56, 108,

136, 137, 138, 150 e 151.

E SELO DO INMETRO DO PRODUTO, para os itens 22, 25, 26, 54, 65, 66, 67, 85,

137, 138, 207 e 220.

A empresa que deixar de enviar o Registro da Anvisa do Produto e Selo do INMETRO do produto terá sua proposta desclassificada.”

Desta forma segue o parecer:

EMPRESA: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 11.089.732/0001-16

ITEM 220: VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO (para cilindro de oxigenio destinado á alimentação de equipamentos médicos, proporciona a regulagem da pressão de saída. Fabricada em latão cromado, com 01 manometro de alta pressão (0- 300Kgf/cm²), possui alta durabilidade e precisão no controle de saída do gás. Possui entrada com filtro de bronzesinterizado e valvula de segurança. Conexões padrão ABNT 11725 e 11906. **APRESENTAR SELO DO INMETRO.**

PARECER: REPROVADO, não forneceu selo do INMETRO, não atendendo ao solicitado no descritivo do item.

Sem mais para o momento.

Rogério Pereira de Melo
Assistente Administrativo
Almoxarifado Médico Hospitalar





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Juliesi A. Cruz da Silva
Enfermeira

Marmeleiro, 25 de abril de 2023

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/04/2023 10:19 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/6447d34e53f6>.

