



PROPOSTAS AJUSTADAS

Para análise conforme item 3 do Anexo I – Termo de
Referência do Edital



Proposta Comercial

POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA

Pregão Eletrônico 12023

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca/Modelo	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
220	20	UN	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ MANÔMETRO E FLUXÔMETRO MANOMETRO DE ALTA PRESSAO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM2; ENTRADA COM FILTRO EM BRONZE SINTERIZADO; PRESSAO FIXA DE 3,5 KGF/CM2; VALVULA DE SEGURANÇA; ANVISA: 80117610011 Garantia: 12 meses	IFAB/O	320,85	6417,00
Preço Total						R\$ 6.417,00

Seis mil quatrocentos e dezessete reais

Empresa Optante pelo Simples e enquadra-se na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: Até 15 dias

Declaro: que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.



Referências Bancárias

Banco do Brasil

POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.

- Agência.**
5792-4
- Conta Corrente.**
47962-4

CNPJ : 16.743.543/0001-39

Inscrição Estadual : 1000294541

Telefone / Fax: (34) 3075-7397

Celular (34) 9927-1679

Email: posterariassessoria@posterari.com.br

Uberaba, 25 de abril de 2023

Diretor Administrativo
Rodrigo Milanez Posterari
CPF:049049676-82

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	57.263.337/0001-09	Autorização	8.01.176-1
Produto	VÁLVULA REGULADORA IFAB		

Filtrar...

Modelo Produto Médico

VRD111 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE ALTA PRESSÃO COM 1 SAIDA 02

VRC100 - VÁLVULA REGULADORA PARA REDE 02

VRC200 - VÁLVULA REGULADORA PARA REDE AR COMPRIMIDO

VRC300 - VÁLVULA REGULADORA PARA REDE N2O

VRD100 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO 02

VRD101 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 1 SAIDA 02

VRD102 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 2 SAIDAS 02

VRD200 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO

VRD202 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 2 SAIDAS AR COMPRIMIDO

VRD311 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE ALTA PRESSÃO COM 1 SAIDA N2O

« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Reguladores de Pressao de Gases Medicinais
Registro	80117610011
Processo	25351.704390/2010-70
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - BRASIL

Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#) [Exportar para PDF](#) [Voltar](#)



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PARECER ANÁLISE DOCUMENTAL

Pregão Eletrônico 17/2023

Protocolo/Processo nº 308/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Conforme item 5 “**DA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DA ANVISA DO PRODUTO E SELO DO INMETRO DO PRODUTO:**

Juntamente com a proposta ajustada ao preço final deverá ser anexado:

O REGISTRO DA ANVISA DO PRODUTO, para os itens 15, 52, 53, 54, 55, 56, 108,

136, 137, 138, 150 e 151.

E SELO DO INMETRO DO PRODUTO, para os itens 22, 25, 26, 54, 65, 66, 67, 85,

137, 138, 207 e 220.

A empresa que deixar de enviar o Registro da Anvisa do Produto e Selo do INMETRO do produto terá sua proposta desclassificada.”

Desta forma segue o parecer:

EMPRESA: POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA. CNPJ: 16.743.543/0001-39

ITEM 220: VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO (para cilindro de oxigenio destinado á alimentação de equipamentos médicos, proporciona a regulagem da pressão de saída. Fabricada em latão cromado, com 01 manometro de alta pressão (0- 300Kgf/cm²), possui alta durabilidade e precisão no controle de saída do gás. Possui entrada com filtro de bronzesinterizado e valvula de segurança. Conexões padrão ABNT 11725 e 11906. **APRESENTAR SELO DO INMETRO.**

PARECER: REPROVADO, não forneceu selo do INMETRO, não atendendo ao solicitado no descritivo do item.

Sem mais para o momento.

Rogério Pereira de Melo
Assistente Administrativo
Almoxarifado Médico Hospitalar





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Juliesi A. Cruz da Silva
Enfermeira

Marmeleiro, 25 de abril de 2023

