



PARECER DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2023 – PMM – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2023-LIC

TIPO: Menor preço global do item.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de atenção primária e equipamentos odontológicos, conforme determinado na Resolução SESA nº 860/2022, bem como saldo referente a Resolução SESA nº 631/2020, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Conforme subitem 2.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital, As licitantes vencedoras deverão enviar ao(a) Pregoeiro(a) **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas** após a finalização do certame e solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. **Para os itens 09, 10, 14, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49 e 50.**

Conforme subitem 2.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital, 2.2. **A empresa vencedora dos itens 09, 10, 14, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 deverá apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** em nome da PROPONENTE, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante em fornecer os itens pertinentes e compatíveis com o objeto licitado.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, composta pelas servidoras Patricia Korb, Juliesi Cruz, Grazielle Soranso Naibo e Cristiane Junges de Freitas, fizeram a análise dos documentos encaminhados pela empresa: **MZZ – COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.384.602/0001-58.

DA ANÁLISE

- **MZZ – COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.384.602/0001-58.

Item 14 - Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.

Parecer: REJEITADO. O equipamento ofertado não atende ao descritivo do edital. Foi solicitado alimentação por bateria 9v, o produto ofertado descrever ser a pilha AA. O Equipamento não apresenta estojo de couro; medidas não encontradas, e não foi localizado registro na ANVISA.

Este é o parecer.

Marmeleiro, 08 de fevereiro de 2024.

Patricia Korb

Grazielle Soranso Naibo

Juliesi Cruz

Cristiane Junges de Freitas





Capa Parecer de Análise de documentos complementares