



Parecer de Análise de Catálogo



Marmeleiro 25 de março de 2025

**Processo Administrativo Eletrônico n° 383/2025
PE 006/2025**

ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Empresa proponente: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ - 54.322.844/0001-88

Item 51 - CONTRA ÂNGULO: Estrutura em alumínio, com tratamento cromado. Autoclavável. Acoplamento por meio de sistema intra giratório. Travamento com anel em aço inox. Rotação máxima de 20.000 RPM. Baixo ruído de trabalho. Sistema de lâmina trava para fixação de brocas. Formato ergonômico.

MARCAS DE REFERENCIA: Kavo, Dabi Atlante ou de igual qualidade ou superior.

APROVADO.

Item 88 - MICROMOTOR. Rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Esterilizável em autoclave até 135°C. Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o Dentista e Paciente. MARCAS DE REFERENCIA: Kavo, Dabi Atlante ou de igual qualidade ou superior. OBS: Deve ser da mesma marca que o contra angulo e a peça reta para haver correta adaptação entre as partes.

APROVADO.

Item 90 - PEÇA RETA: Transmissão: 1:1; Sistema: INTRA giratório (universal); Rotação máxima: 20.000 rpm; Sistema de fixação da broca: giro de anel - extrema simplicidade e rapidez; Tipo de broca: FG Standard; Esterilização: autoclavável até 135 °C. **APROVADO.**

Empresa proponente: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – CNPJ - 02.228.938/0001-99

Item 43 - CANETA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO. Extra torque – sistema Press Button, triplo spray com 13w de potência e 380.000 RPM; rolamento cerâmico, acoplamento Borden Push Button. MARCAS DE REFERENCIA: Kavo, Dabi Atlante ou de igual qualidade ou superior. **APROVADO.**

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para maiores esclarecimentos

**Graziele Soranso Naibo
Odontóloga**

