

Memorando nº 005/2023

Marmeleiro - PR, 30 de janeiro de 2023.

De: Departamento Municipal de Saúde de Marmeleiro - PR
Para: Comissão de Licitação

Após análise dos produtos ofertados na realização do Pregão Eletrônico nº 136/2022, segue parecer:

Item 01 – ANDADOR ADULTO: Reprovado, pois foi solicitado Andador Dobrável e Articulável, e foi ofertado Andador Fixo;

Item 02 – APARELHO DE LASER E CANETAS INFRAVERMELHO: Aceito. No Catálogo não está especificado as informações Visor de LCD, timer e bivolt, mas, considerando que todas as demais características atendem ao solicitado, e que a empresa está ciente de que o equipamento deverá abranger todas as características requisitadas (passando por conferência após entrega), entende-se pelo atendimento ao solicitado. Ressalta-se que acompanham as três canetas do descritivo;

Item 03 – BENGALA 04 PONTAS: Aceito mediante maior possibilidade de regulagem em comparação ao especificado no descritivo;

Item 04 – CADEIRA DE RODAS DE BANHO SANITÁRIA OBESO: Aceito. O modelo aprovado trata-se da Cadeira Higiênica, código CHM301;

Item 05 – CADEIRA DE RODAS DE BANHO SANITÁRIA ADULTO: Aceito. O modelo aprovado trata-se da Cadeira Higiênica, código CH100;

Item 06 – CAMA HOSPITALAR: Aceito. Modelo AS-4006M;

Item 07 – ESTENSIOMETRO/MONOFINAMENTOS: Aceito;

Item 08 – MULETA AXILAR ADULTO: Reprovado, pois foi solicitado capacidade mínima 130 kg, e o produto ofertado suporta até 100 kg;

Item 09 – MULETA CANADENSE: Solicita-se esclarecimento, se está sendo ofertado o modelo de muleta canadense Articulada ou POP, e se possui regulagem de altura.

Sendo o que tínhamos para o momento, manifesto protesto de estima e consideração, ficando no aguardo de esclarecimento quanto ao item 09.

Respeitosamente,



Cristiane Camila Zeiser
Fisioterapeuta CREFITO 8-201329-F
(Conferência)



Lidiani Picolotto da Silva
Assistente Administrativo
(Apoio)