

ESCLARECIMENTO EDITAL PE 075/2024 - DIA 06/12/2024

De Lucimara Carlini <Lucimara.carlini@vyttra.com>
Para licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Cópia Licitação <licitacao@vyttra.com>, Marcia Pacheco <marcia.pacheco@vyttra.com>, Ana Paula de Almeida Galhumi <ana.galhumi@vyttra.com>
Data 29-11-2024 17:39

Prezados, boa tarde.

A empresa Vyttra Diagnósticos, inscrita no CNPJ nº 00.904.728/0012-09, interessada em participar da licitação de Pregão Eletrônico nº 075/2024, vem através deste e-mail, respeitosamente, solicitar esclarecimentos ao referido edital, conforme segue em abaixo.

Referente ao Lote/Grupo 01:

Descrição dos reagentes: *Programação compatível com equipamento EXC 200 – Zybio*

Pergunta: O equipamento *EXC 200 – Zybio* possui a sua programação "aberta" para operar com reagentes que não sejam da mesma marca ou mesmo fabricante do equipamento?

Pergunta: Neste caso, entendemos que será aceito a entrega de reagentes prontos para uso, porém sem a necessidade de ser em frasco dedicado ao equipamento *EXC 200 – Zybio*. Nosso entendimento está correto?

No aguardo.

Atenciosamente,

Lucimara Carlini A. Sanchez
Licitação



C +55 00 00000 0000
T +55 11 4035 8500

Ramal: 33
Av. Queiroz Filho, 1560 - Torre Gaivota, 4º andar -
São Paulo – Brasil



vyttra.com

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é de uso restrito e confidencial, sendo o seu sigilo protegido por lei. Estas informações não podem ser divulgadas sem prévia autorização escrita. O recebimento de mensagens na sua caixa postal corporativa pode ocorrer em horário diverso ao desenvolvimento das atividades funcionais. O fato de ter acesso ao recurso, por si só, não representa solicitação a trabalhar.

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. The incoming messages on your corporate mailbox may occur in a different time of the development of functional activities. The access to the resource does not mean that are pending working request.



Marmeleiro, 02 de dezembro de 2024

PREGÃO ELETRÔNICO: 75/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1721/2024

Atendendo a pedido de esclarecimento da empresa Vytra Diagnósticos referente ao Lote/Grupo 01: Descrição dos reagentes: Programação compatível com equipamento EXC 200 – Zybio

Pergunta: O equipamento EXC 200 – Zybio possui a sua programação "aberta" para operar com reagentes que não sejam da mesma marca ou mesmo fabricante do equipamento?

R: O equipamento possui programação aberta operando com qualquer marca de reagente desde que o mesmo possua programação compatível para este equipamento.

Pergunta: Neste caso, entendemos que será aceito a entrega de reagentes prontos para uso, porém sem a necessidade de ser em frasco dedicado ao equipamento EXC 200 – Zybio. Nosso entendimento está correto

R: O entendimento está correto.

Sem mais para o momento

Katiane Cella
Farmacêutica - Bioquímica
CRF-PR: 12.632
Laboratório Municipal de Marmeleiro

