



**Pedido de Esclarecimentos à
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
Pregão Eletrônico Nº 90026/2025 - UASG 454524**

Razão Social: LOTUS MEDICAL LTDA.

CNPJ 25.386.146/0001-48 - Inscrição Municipal: 10 09 751.080-7 - Inscrição Estadual: 9072837557

Empresa Certificada:



ANVISA <https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351670705201796/?cnpj=25386146000148>

Cadastro Nº 8.15978-5 (617163LX41YH)

Endereço: RUA RIO MUCURI Nº 40 – CEP: 82.840-340 – BAIRRO ALTO – CURITIBA-PR



(41) 3598-4420



licitalotus@gmail.com

Prezados (as),

Após análise aos requisitos do edital, e em consonância com a Lei nº 14.133/2021, submetemos à apreciação técnica-legal-administrativa.

Pedido de Esclarecimentos para os item 120.

120 – Jogo PÁS ELETRODO ADULTO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho Futura Life-400.

Necessita-se saber qual é a cor dos conectores de desfibrilador que atenderão essa administração, visto que os desfibriladores da marca Cmos Drake possuem em sua linha de fabricação e distribuição 02 cores.

Sendo: Eletrodos com **conectores azul e branco** utilizados em desfibriladores fabricados anteriores ao ano de 2018.

E eletrodos com **conectores pretos** que são utilizados em desfibriladores fabricados após o ano de 2018.

Reforça-se que os questionamentos acima elencados tem o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações excluindo qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento.

Curitiba, 03 de junho de 2025.

**LOTUS
MEDICAL
LTDA:2538
61460001
48**

Assinado de
forma digital por
LOTUS MEDICAL
LTDA:253861460
00148
Dados:
2025.06.03
13:31:01 -03'00'

Pedido de Esclarecimentos PE 90026/2025 - item 120



De alexandre lotus <hospitalar.lotus@gmail.com>
Para <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 03-06-2025 13:35

📎 9 - Edital.pdf (~802 KB)

📎 Questionamentos ELETRODOS .pdf (~548 KB)

[Remover todos os anexos](#)

Boa tarde !

Pedido de Esclarecimentos para os item 120.



Alexandre Chalcoski
LOTUS MEDICAL LTDA
☎ (41) 3598-4420 / (41) 3408-7211 | ☎ (41) 9964-21167
✉ hospitalar.lotus@gmail.com
📍 Rua Rio Mucuri, 40
CEP: 82840-340 Curitiba - PR

Follow us



SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO



De Daisy | Licitações Cirupar <licitacoes@cirupar.com.br>
Para <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>, <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 04-06-2025 17:56

Boa tarde,

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO 90026/2025

ITENS 120 e 121 – PÁS ELETRODO:

Qual a cor do conector? Azul e Branco ou Preto?





Marmeleiro, 05 de junho de 2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 916/2025

Atendendo ao pedido de esclarecimento das empresas LOTUS MEDICAL LTDA, CNPJ 25.386.146/0001-48, e CIRUPAR PRODUTOS PARA SAÚDE, referente aos itens **120 – “PÁS ELETRODO ADULTO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho. Futura Life - 400”** e **121 – “PÁS ELETRODO PEDIÁTRICO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho. Futura Life-400”**, segue abaixo imagem do conector sendo o preto o correto.



Sem mais para o momento,

Rogério Pereira de Melo
Assistente Administrativo

