

Prefeitura Municipal de Marmealeiro⁴⁶⁹

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

Marmealeiro - PR, 04 de agosto de 2020.

Memorando nº 132/2020

De: Departamento de Saúde
Para: Presidente da CPL

Assunto: Parecer referente ao Produto Ofertado pela Empresa J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.

O Departamento Municipal de Saúde de Marmealeiro – PR vem através deste, manifestar seu parecer em relação ao Monitor multi parâmetro cardíaco [...], ofertado pela empresa J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.

A partir da análise dos documentos apresentados pela empresa J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, informamos que, das características identificadas no referido material, estão em conformidade com o solicitado, porém, algumas dúvidas foram sanadas via telefone, através do contato (43)3253-1380, com o atendente Marcos, onde, através da ligação realizada por volta das 15h12, e novo contato realizado por volta das 15h50, perguntamos quanto as seguintes dúvidas:

- Parâmetros Básicos: ECG 3/7 vias;
- Acessórios: 1-cabo ECG 5 vias reutilizável; 01 sensor SpO2 (paciente adulto, pediátrico e neonatal); 1 manguito/braçadeira reutilizável (paciente adulto, obeso, pediátrico e neonatal); 1 tubo extensor PNI;

Quanto ao atendimento a estes requisitos, Marcos informou que atende ao solicitado em sua totalidade. Neste contato, também indagamos quanto à integração do equipamento com rede de dados sem fio (wireless) e também com a opção de internet com cabo, onde fomos informados que o equipamento também atende a estes requisitos.

Diante do exposto, e salientando que o produto será devidamente conferido por profissionais de competência técnica no recebimento do produto (o qual deverá atender a todos os requisitos especificados em edital, conforme avaliação), neste primeiro momento, o equipamento segue aprovado por este Departamento.

Sem mais para o momento, apresento protesto de estima e consideração.

Respeitosamente,


Marilene Teresinha Manfrin Romio
Diretora do Departamento Municipal de Saúde

