

## Pedido de Esclarecimento - Eletrodo cmos drake



**De** Luan Mendes | Dimave Equipamentos Médicos <licitacao@dimave.com.br>  
**Para** <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>  
**Data** 06-06-2025 15:11

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº 026/2025

Processo nº 916/2025

Data da abertura da sessão pública: 11/06/2025

A empresa Dimave Equipamentos Médicos LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.316.353/0001-81, vem, por meio desta, realizar o presente pedido de esclarecimento acerca do item 120 do edital.

ITEM 120: Qual das duas conexões de Eletrodo é utilizada no DEA da CMOS DRAKE?

a) <https://ibb.co/prSGSL0>

b) <https://ibb.co/DrT3Wsg>

**Atenciosamente,**



**Luan Mendes**

**Depto. Licitação**

**31 3297-2575**

**Rua Paulo Freire de Araújo, 300, sala 2 a 6, Estoril – Belo Horizonte/MG**

[www.dimave.com.br](http://www.dimave.com.br)



AVISO: A informação contida neste e-mail, bem como em qualquer de seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s) destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação é proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve divulgar o conteúdo, e deve avisar imediatamente o remetente, assim como o fato de ter recebido a mensagem por engano. O remetente não se responsabiliza pelo uso indevido das informações aqui contidas. Se você não é o destinatário, não deve divulgar o conteúdo, e deve avisar imediatamente o remetente, assim como o fato de ter recebido a mensagem por engano. O remetente não se responsabiliza pelo uso indevido das informações aqui contidas.

NOTICE: The information contained in this e-mail and any attachments thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient named herein and may contain legally privileged and/or secret information. If you are not the e-mail's intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or disclosure of this information is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by e-mail. You should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you have any questions about this e-mail please let the sender know.





Marmeleiro, 06 de junho de 2025

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 916/2025

Atendendo ao pedido de esclarecimento da empresa DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS referente ao item **120 – “PÁS ELETRODO ADULTO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho. Futura Life - 400”**, segue abaixo imagem do conector sendo o preto o correto.



Sem mais para o momento,

**Rogério Pereira de Melo**  
Assistente Administrativo

