

**PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRA**

Marmeleiro, 14 de Março de 2022.

**Pregão Eletrônico nº 002/2022**

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas.

**I – Da consulta**

A empresa classificada em primeiro lugar deverá, **CASO SOLICITADA**, encaminhar a amostra **SOMENTE DOS ITENS 17, 18, 19 e 20** do ANEXO I, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, para o Setor de Licitações, no seguinte endereço Avenida Macali nº 255 – Centro, Marmeleiro - PR, no horário das 08h00min às 17h00min (horário de Brasília), **até o 5º (quinto) dia útil seguinte à solicitação da pregoeira**, através de comunicação via CHAT do COMPRASNET.

As empresas classificadas foram S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI inscrita sob CNPJ nº 30.888.187/0001-72, CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES – EIRELI inscrita sob CNPJ nº 23.228.076/0001-74, CIRURGICA NOSSA SENHORA – EIRELI inscrita sob CNPJ nº 24.586.988/0001-80, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE – EIRELI inscrita sob CNPJ nº 35.626.812/0001-21 e DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA inscrita sob CNPJ nº 08.435.077/0001-04 encaminharam amostras no prazo estabelecido em edital, sendo recebidas pelo setor de Licitações.

**II – Da análise**

As amostras solicitadas serão submetidas à análise:

- a) Aspectos Visuais (embalagem e peso);
- b) Qualidade do produto;
- c) Compatibilidade;
- d) Durabilidade;
- e) Especificações nos termos do Edital;
- f) Análise das embalagens, rotulagem, de acordo com a legislação vigente, lacre, resistência, identificação do produto, prazo de validade, firmeza, integridade e consistência, textura, formato e peso;
- g) Verificação se o produto atende com eficácia ao fim a que se destina.

**- CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES – EIRELI inscrita sob CNPJ nº 23.228.076/0001-74**

Itens analisados:

Item 17: ATADURA 10CM X 1,8M (Atadura de Crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm<sup>2</sup>, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal). **NÃO ATENDE O DESCRITIVO SOLICITADO NO EDITAL POIS APRESENTA COMPOSIÇÃO DA FIBRA DE ALGODÃO INFERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL. O PRODUTO ENVIADO PARA AVALIAÇÃO NÃO CORRESPONDE A MARCA ENVIADA NA PROPOSTA.**

NIS 1

Av. Dambros e Piva, 210, Marmeleiro - PR, 85615-000  
Telefone: (46) 3525 1557

- ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE – EIRELI inscrita sob CNPJ nº 35.626.812/0001-21

Itens analisados:


Item 18: ATADURA 15CM X 1,8M (Atadura de Crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm<sup>2</sup>, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal). **NÃO ATENDE O DESCRITIVO SOLICITADO NO EDITAL POIS APRESENTA COMPOSIÇÃO DA FIBRA DE ALGODÃO INFERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL. AMOSTRA ENVIADA PARA ANALISE APRESENTA DIMENSÃO (COMPRIMENTO) INFERIOR DO DESCRITO NA EMBALAGEM.**

Item 20: ATADURA 6CM X 1,8 M (Atadura de Crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm<sup>2</sup>, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal). **NÃO ATENDE O DESCRITIVO SOLICITADO NO EDITAL POIS APRESENTA COMPOSIÇÃO DA FIBRA DE ALGODÃO INFERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL. AMOSTRA ENVIADA PARA ANALISE APRESENTA DIMENSÃO (COMPRIMENTO) INFERIOR DO DESCRITO NA EMBALAGEM.**

- CIRURGICA NOSSA SENHORA – EIRELI inscrita sob CNPJ nº 24.586.988/0001-80

Item 19: ATADURA 20CM X 1,8M (Atadura de Crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm<sup>2</sup>, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal). **NÃO ATENDE O DESCRITIVO SOLICITADO NO EDITAL POIS APRESENTA COMPOSIÇÃO DA FIBRA DE ALGODÃO INFERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL.**

Este é o parecer



Judies A. Cruz da Silva  
Enfermeira