



Educação em Saúde e Comércio Ltda

CNPJ 49.875.336/0001-97

EDITAL DE PREGÃO Nº 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 762/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde

ANEXO II

PROPOSTA

A empresa LEP LIFE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E COMERCIO LTDA, estabelecida Rua Manoel Lopes de Oliveira, 2759, Sala 1A, Bairro Pioneiros, Candói-Pr, inscrita no CNPJ sob nº 4999.875.336/0001-97, neste ato representada por Patrique Schreiner, Sócio/Administrador, inscrito no RG 7.222.654-2, CPF 046.182.509-09, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2024, conforme abaixo discriminado:

ITEM	COD.BR	QDADE	UNID	DESCRIPTIVO	MARCA	UNIT.	TOTAL
30	419399	100	Pacote	COLETOR DE URINA: Coletor tipo saco, com barbante, sistema aberto, capacidade: 2 litros. Não estéril. Pacote com 100 unidades.	bio/letomed	R\$ 41,22	R\$ 4.122,00
43	270585	500	Unid	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA Nº 5. Dispositivo para incontinência urinária confeccionado em látex de borracha natural, atóxico, em forma de preservativo com extremidade afunilada e reforçada, conector em PVC Com extensão utilizado para conduzir a urina ao recipiente coletor em pacientes do sexo masculino acometidos de Incontinência urinária.	bio/medsonda	R\$ 1,83	R\$ 915,00
60	487418	10	Caixa	FIO SUTURA: Nylon monofilamento, preto 5-0 c/ agulha 3/8, circular, triangular 3,0cm. Caixa com 24 unidades	procare/medix	R\$ 34,69	R\$ 346,90
106	441983	20	Unidade	OXÍMETRO DE DEDO. Monitor para oximetria de dedo, não invasivo, portátil: -Alimentação com pilhas alcalinas; -Display com alta intensidade de luz; -Operado por uma única tecla; -Indicação de curva pletismográfica; -Medidas de saturação de oxigênio (spo2) na faixa de 36% a 99%, com precisão de 1%; -Medição da taxa de pulso: 30bpm a 250bpm; -Uso em	vital	R\$ 71,82	R\$ 1.436,40



(42) 99867-7748 – Laurindo
(42) 98871-4616 – Patrique

E-Mail: leplife01@gmail.com

Rua Manoel Lopes de Oliveira, 2759 CEP - 85140 - 000 Candói-Pr



Educação em Saúde e Comércio Ltda

CNPJ 49.875.336/0001-97

				pacientes pediátricos e adultos; -Indicador de carga de bateria e alarme visual para bateria fraca. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO			
Total							R\$ 6.820,30

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: Patrique Schreiner
- CPF: 046.182.509-09
- Endereço: Rua Manoel Lopes de Oliveira, 2759, Sala 1A, Bairro Pioneiros – Candói-Pr
- Telefone: (42) 9 8871 4616
- e-mail: leplife01@gmail.com

Informar Agência e Conta para pagamento.

Banco: Brasil
Ag.: 4095-9
CC.: 27257-4

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Marmeireiro, 28 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRIQUE SCHREINER
Data: 20/06/2024 20:15:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA
CNPJ 49.875.336/0001-97
PATRIQUE SCHREINER
RG 72226542
SÓCIO ADMINISTRADOR



(42) 99867-7748 – Laurindo
(42) 98871-4616 – Patrique

E-Mail: leplife01@gmail.com


Rua Manoel Lopes de Oliveira, 2759 CEP - 85140 - 000 Candói-Pr

OXÍMETRO DE PULSO DE PONTA DE DEDO VITALGOLD

REGISTRO ANVISA 10296900151

INSTRUÇÕES DE USO

1. Instale duas baterias AAA na polaridade correta antes de fechar a tampa.
2. Conecte um dedo com a unha para cima no orifício emborrachado do oxímetro (verifique se o dedo esta completamente encaixado) e liberar a braçadeira.
3. Pressione o botão no painel frontal; **【Nota: se equipado com função de inicialização automática refere-se ao oxímetro de pinça, não é necessário pressionar o botão, o instrumento tem função de detecção automática de sinal de 5 s, inserido diretamente no dedo, o instrumento é ligado automaticamente em tempo hábil】**
4. Não movimente o dedo durante a leitura dos dados pelo oxímetro
5. Pressione o botão no painel frontal, se quiser mudar a direção do display; **【Nota: se equipado com função de detecção de gravidade do instrumento, não pressione o botão, movimentos da mão, o instrumento com detecção de gravidade tem quatro interruptores de interface correspondentes】**
6. Leia as informações correspondentes na tela do display.
7. O instrumento tem a função de desligamento automatico quando não estiver com o dedo inserido no espaço emborrachado do oxímewtro por cerca de 8 segundos
8. Substitua as baterias novas quando o OLED indicar que as baterias estão com pouca carga.



Observação: ao conectar o dedo no oxímetro, a superfície da unha deve estar voltada para cima. Use álcool 70% para limpar a borracha antes de cada teste e limpe o dedo a ser inserido com álcool 70% antes e depois do teste. (A borracha do Oxímetro é uma borracha medicinal, que não tem toxina, não faz mal e não traz efeitos colaterais como alergia à nossa pele).

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. Não use o oxímetro de pulso da ponta do dedo junto com equipamento de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
2. Risco de explosão: Não use o oxímetro de pulso da ponta do dedo em uma atmosfera explosiva.
3. O oxímetro de pulso da ponta do dedo destina-se apenas a ser um complemento na avaliação do paciente. Os médicos devem fazer o diagnóstico em conjunto com a manifestação clínica e os sintomas.
4. Verifique frequentemente o local de aplicação do sensor do oxímetro de pulso da ponta do dedo para se certificar de que a circulação e a integridade da pele do paciente estão em boas condições.
5. O sensor do oxímetro não é adequado para entrar em contato com a fita adesiva, o que pode levar ao erro dos dados de medição ou confundir que existem bolhas na pele testada.
6. Leia o manual com atenção antes da utilização.
7. O oxímetro de pulso da ponta do dedo não tem alarme de SpO₂, não é para monitoramento contínuo.
8. Quando usado por um longo tempo, produzirá desconforto ou sensibilidade, especialmente para pacientes com distúrbios da microcirculação. Por favor, troque os locais de uso periodicamente de acordo com as diferentes situações dos pacientes. O local de uso deve ser alterado e a integridade da pele e condição de circulação do o paciente deve ser verificado no mínimo a cada 2 horas para o ajuste correto.
9. Medições imprecisas podem ser causadas por autoclavagem, esterilização com óxido de etileno ou imersão dos sensores em líquido.
10. Níveis significativos de hemoglobinas disfuncionais (como carboxil-hemoglobina ou metemoglobina) podem causar leituras imprecisas.
11. Corantes intravasculares como verde de indocianina ou azul de metileno podem causar leituras imprecisas.
12. As medições de SpO₂ podem ser adversamente afetadas na presença de luz ambiente alta. Proteja a área do sensor (com uma toalha cirúrgica ou luz solar direta, por exemplo) se for necessário.
13. Ação inesperada pode causar leituras imprecisas.



14. Sinal médico com alta frequência ou interferência causada pelo desfibrilador pode levar a leituras imprecisas.
15. As pulsações venosas podem causar leituras imprecisas.
16. Pode causar leituras imprecisas quando as posições do sensor e do manguito de pressão arterial estão no mesmo cateter arterial ou linha intravascular.
17. Hipotensão, vasoconstrição severa, anemia severa ou hipotermia podem causar leituras imprecisas.
18. Pode causar leituras imprecisas, dando o uso de cardiotônico ao paciente após sua parada cardíaca ou quando ele está tremendo.
19. Unhas brilhantes ou pintadas podem causar leituras imprecisas de SpO₂.
20. Não use este produto se você for alérgico a ABS, almofada de silicone e outros materiais.
21. Se o desempenho for inconsistente com a descrição ou alterações, pare de usar imediatamente e entre em contato com o fabricante.
22. A função de medição não deve ser usada para avaliar a precisão do oxímetro.
23. Os efeitos de sensores e eletrodos degradados, ou eletrodos soltos, que podem degradar o desempenho ou causar outros problemas.
24. Coloque o oxímetro em um local onde crianças, animais de estimação, etc, não possam ser tocados, de forma a evitar quedas, mordidas e afetar o desempenho do produto.
25. A altura do oxímetro não deve exceder dois metros.
26. Não use além da vida útil do produto, caso contrário, a precisão do instrumento será afetada.

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

Acessórios de uso exclusivo com o equipamento - Acompanham o produto: duas pilhas alcalinas AAA, um cordão de pescoço e manual de instruções.

Relação dos materiais de apoio que podem acompanhar ou não o produto: capa de proteção em silicone, case estojo de proteção rígido.



Acessório 1
Capa silicone



Acessório 2
Capa rígida

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	78.742.491/0001-33
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.02.969-0
Nome do Dispositivo Médico	OXÍMETRO DE PULSO DE PONTA DE DEDO VITALGOLD
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Oxímetro de Pulso
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10296900151
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351135074201705
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	17/05/2017
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	OXÍMETRO DE PULSO DE PONTA DE DEDO VITALGOLD.pdf	3961929211 - 07/10/2021 16:40:44

Modelo Produto Médico
YK-80A
YK-80B
YK-80C
YK-81A
YK-81B
YK-81C
YK-82A
YK-82B
YK-82C
YK-83A
YK-83B
YK-83C

YK-84A
YK-84B
YK-84C.