



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1237/2026
CÓD. VERIFICADOR: 32FRKG87

UASG: 454524 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

PARECER DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES





PARECER DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 1237/2026

Pregão Eletrônico nº 1237/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

I - Da Consulta:

Conforme em edital a empresa vencedora do certame deveria apresentar:

4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.

4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.

4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.

4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.

A Sessão Pública ocorreu no dia 12 de junho de 2026, do qual as seguintes empresas foram classificadas.

- **DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.278.264/0001-21.**

Item 24 – CATETER PERIFÉRICO nº 18. Estéril, atóxico, epirogênico, agulha siliconizada com bisel angulado e trifacetado; Cateter radiopaco e flexível. Protetor do conjunto agulha/cateter; Formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com microestrias. **Marca MEDIX. DILIGÊNCIA, APROVADO.**

Item 58 –ESPÉCULO P. Espéculo vaginal, descartável, lubrificado, embalado individualmente, com borboleta lateral para abertura. Em análise à documentação apresentada, verificou-se que o catálogo se refere ao espéculo tamanho G, enquanto a proposta informa o tamanho M. Dessa forma, além da divergência entre os documentos, não foi comprovado o fornecimento do produto no tamanho P, conforme exigido pelo Edital. **Marca CRAL PLAST. REPROVADO.**

Item 160 – SONDA FOLEY Nº 20. Composição em latex siliconizada, estéril, 2 vias; Embalagem tipo blíster em papel grau cirúrgico; Orifícios adequados, stéril e bem-acabado, ponta atraumática; Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal para bolsa coletora; Atóxico, não pirogênico, de uso único; Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a





integridade asséptica do produto; Compatível com lubrificantes à base de água. Válvula de fácil manipulação. **Marca MEDIX. APROVADO.**

- **L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.875.336/0001-97.**

Item 99 – MASCARA LARINGEA Nº 3. Fabricada em Silicone; Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; com barras que protegem a obstrução accidental da epiglote; Encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Em análise catálogo apresentado para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em PVC, enquanto o Edital exige que o item seja confeccionado em silicone. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 100 – MASCARA LARINGEA Nº 4. Fabricada em Silicone; Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; com barras que protegem a obstrução accidental da epiglote; Encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Em análise catálogo apresentado para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em PVC, enquanto o Edital exige que o item seja confeccionado em silicone. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 115 – PROTETOR OCULAR ADULTO. Protetor ocular estéril descartável adulto indicado para proporcionar barreira mecânica na região ocular, bem como bloqueio de luminosidade em casos em que se faça necessário, como no tratamento do estrabismo. Com formato anatômico. Material adesivo de fácil aderência e remoção, poroso que permite a transpiração da pele. Hipoalergênico; Tamanho aproximado: 58mm x 82mm. Caixa com 20 unidades. Em análise à ficha técnica apresentada, verificou-se que o produto adulto possui dimensões de 82 x 58 mm e embalagem com apenas 8 unidades, enquanto o Edital exige caixa com 20 unidades. Além disso, a documentação não comprova expressamente que o produto seja estéril, hipoalergênico e poroso, características também exigidas no instrumento convocatório. **Marca M-TEC. REPROVADO.**

Item 164 – SONDA URETRAL TIPO FOLEY Nº 18 02 VIAS - 100% SILICONE. Este item é indicado para cateterismo vesical de demora, onde o paciente necessita de drenagem por períodos prolongados (até 30 dias). Descrição Técnica: Sonda para drenagem urinária de demora, tipo Foley, 02 vias, Nº 20. Confeccionada em 100% silicone elastômero, translúcida, com linha radiopaca em toda sua extensão. Características Adicionais: Ponta distal atraumática (tipo Nelaton) com orifícios laterais precisos e simétricos. Balão de retenção resistente à alta pressão, com enchimento simétrico. Válvula de segurança que permita o acoplamento de seringas Luer ou Luer-Lock. Superfície extremamente lisa para minimizar o risco de incrustações e trauma uretral. Apresentação: Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, estéril (ETO ou Raio Gama). Certificações: Registro na ANVISA, indicação do número do lote e data de validade na embalagem. Em análise à documentação apresentada, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em látex, enquanto o Edital exige sonda produzida em 100% silicone elastômero. Além disso, a ficha técnica estabelece utilização máxima de 7 dias, divergindo da indicação editalícia para permanência prolongada de até 30 dias. Portanto, o produto não atende às especificações técnicas exigidas. **Marca ADVANTIVE. REPROVADO.**

Item 165 – SONDA URETRAL TIPO FOLEY Nº 20 02 VIAS - 100% SILICONE. Este item é indicado para cateterismo vesical de demora, onde o paciente necessita de drenagem por períodos prolongados (até 30 dias). Descrição Técnica: Sonda para drenagem urinária de demora, tipo Foley, 02 vias, Nº 20. Confeccionada em 100% silicone elastômero, translúcida, com linha radiopaca em toda sua extensão. Características Adicionais: Ponta distal atraumática (tipo Nelaton) com orifícios laterais precisos e simétricos. Balão de retenção resistente à alta pressão, com enchimento simétrico. Válvula de segurança que permita o acoplamento de seringas Luer ou Luer-Lock. Superfície extremamente lisa para minimizar o risco de incrustações e trauma uretral. Apresentação: Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, estéril (ETO ou Raio Gama). Certificações: Registro na ANVISA, indicação do número do lote e data de validade na embalagem. Em análise à documentação apresentada, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em látex, enquanto o Edital exige sonda produzida em 100% silicone elastômero. Além disso, a ficha técnica estabelece utilização máxima de 7 dias, divergindo da indicação editalícia para permanência prolongada de até 30 dias. Portanto, o produto não atende às especificações técnicas exigidas. **Marca ADVANTIVE. REPROVADO.**





Item 166 – SONDA URETRAL TIPO FOLEY Nº16 2 VIAS - 100% SILICONE. Este item é indicado para cateterismo vesical de demora, onde o paciente necessita de drenagem por períodos prolongados (até 30 dias). Descrição Técnica: Sonda para drenagem urinária de demora, tipo Foley, 02 vias, Nº 16. Confeccionada em 100% silicone elastômero, translúcida, com linha radiopaca em toda sua extensão. Características Adicionais: Ponta distal atraumática (tipo Nelaton) com orifícios laterais precisos e simétricos. Balão de retenção resistente à alta pressão, com enchimento simétrico. Válvula de segurança que permita o acoplamento de seringas Luer ou Luer-Lock. Superfície extremamente lisa para minimizar o risco de incrustações e trauma uretral. Apresentação: Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, estéril (ETO ou Raio Gama). Certificações: Registro na ANVISA, indicação do número do lote e data de validade na embalagem. Em análise à documentação apresentada, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em látex, enquanto o Edital exige sonda produzida em 100% silicone elastômero. Além disso, a ficha técnica estabelece utilização máxima de 7 dias, divergindo da indicação editalícia para permanência prolongada de até 30 dias. Portanto, o produto não atende às especificações técnicas exigidas. **Marca ADVANTIVE. REPROVADO.**

- **CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.586.988/0001-80.**

Item 29 – CATETER DE OXIGENIO TIPO ÓCULOS. Uso pediátrico, extensão em PVC e cânula em silicone; Pode ser utilizado com extensões de até 20m; Transparente; Fluxo contínuo; Compatível com cilindros e concentradores de oxigênio; Especificações: Infantil: - Medida interna do prong.: 1,45mm, - Medida interna da conexão: 5,89mm, - Medida externa do prong.: 1,98mm, - Medida externa da conexão: 11,28mm. Em análise à documentação apresentada, verificou-se que o cateter tipo óculos ofertado é integralmente confeccionado em PVC, inclusive os tubos de acesso nasal, enquanto o Edital exige extensão em PVC e cânula em silicone. Portanto, o produto não atende integralmente às especificações exigidas. **Marca MARKMED. REPROVADO.**

Item 50 – ESCOVA ANTISSEPTICA DUPLA FACE. Escova para assepsia com solução de Digliconato de Clorexidina 2%, utilizada para anti-sepsia das mãos e ante-braço com, na degermação da pele do paciente, antes de procedimentos invasivos (exemplo: cateter venoso central, entre outros), banho pré-operatório de pacientes, preparo das mãos do profissional de saúde antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. **Marca CRISTALIA. APROVADO.**

Item 55 – ESPARADRAPO 100mmX4,5m. Impermeável composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfilamento. Aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Com excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. **Marca CRAL. APROVADO.**

- **CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.531.612/0001-30.**

Item 31 – CATETER PERIFÉRICO SCALP 23. Scalp para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e estéril, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e Registro no MS. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, documento exigido pelo item 4.5.1.2 do Edital, verificou-se que a Ficha Técnica encaminhada pela proponente não apresenta as informações técnicas necessárias para comprovar o atendimento às especificações exigidas. **Marca TKL. APROVADO.**

Item 178 – TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. APROVADO.**

Item 179 – TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. APROVADO.**





Item 180 – TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. APROVADO.**

Item 181 – TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. APROVADO.**

Item 182 – TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. APROVADO.**

Item 183 – TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. APROVADO.**

Item 184 – TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. APROVADO.**

Item 185 – TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. APROVADO.**

- **HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.861.961/0001-06.**

Item 26 – CATETER PERIFÉRICO nº 22. Estéril, atóxico, epirogênico, agulha siliconizada com bisel angulado e trifacetado; Cateter raio-paco e flexível. Protetor do conjunto agulha/cateter; Formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com microestrias. **Marca M2LIFE. APROVADO.**

Item 84 – LUVA ESTERIL 8,5. Luva cirúrgica estéril; formato anatômico; lubrificada com pó bio-absorvível; esterilizada por radiação ionizante. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado não possui pó lubrificante, enquanto o Edital exige luva cirúrgica lubrificada com pó bioabsorvível. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 104 - OXÍMETRO DE DEDO. Monitor para oximetria de dedo, não invasivo, portátil: -Alimentação com pilhas alcalinas; -Display com alta intensidade de luz; -Operado por uma única tecla; -Indicação de curva pletismográfica; -Medidas de saturação de oxigênio (spo2) na faixa de 36% a 99%, com precisão de 1%; -Medição da taxa de pulso: 30bpm a 250bpm; -Uso em pacientes pediátricos e adultos; -Indicador de carga de bateria e alarme visual para bateria fraca. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que, embora o produto possua





alimentação por pilhas alcalinas AAA, display OLED, operação por uma única tecla e indicador visual de bateria fraca, a documentação não comprova requisitos técnicos essenciais estabelecidos no Edital, especialmente:

- medição de SpO₂ na faixa de **36% a 99%, com precisão de 1%**;
- medição da frequência de pulso entre **30 e 250 bpm**;
- indicação de curva pletismográfica;
- indicação de uso em pacientes pediátricos e adultos.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação das características técnicas exigidas, conclui-se que o produto ofertado não atende integralmente às especificações do instrumento convocatório. **Marca VITALGOLD.**

REPROVADO.

Item 132 – SONDA NASOENTERAL Nº 10. Estéril, confeccionada em poliuretano e silicone; Flexível, maleável e durável; Não sofre alteração em contato com o pH do estômago; ogiva distal de Tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação. Em análise à documentação apresentada, não comprova a disponibilidade do produto no tamanho nº 10 nem informa resistência a alterações decorrentes do contato com o pH gástrico. Também não demonstra que a sonda seja confeccionada em poliuretano e silicone, constando o silicone apenas como lubrificante do fio-guia. Dessa forma, não foi comprovado o atendimento integral às especificações do Edital. **Marca MEDICONE.**

REPROVADO.

- **TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.247.406/0001-97.**

Item 32 – CLOREXEDINA 2% DEGERMANTE. Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, degermação da pele do paciente, antes de procedimentos invasivos, banho pré-operatório de pacientes, preparo das mãos do profissional de saúde antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. Frasco 100 ml. **Marca VICPHARMA. APROVADO.**

- **ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.362.195/0001-85.**

Item 18 – ATADURA 6cm. Atadura de crepom confeccionada em tecido com no mínimo 75% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo elasticidade no sentido longitudinal, comprimento em repouso 1,80m. **Marca GOLDMED. APROVADO.**

- **34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, inscrita no CNPJ nº 34.528.599/0001-52.**

Item 19 –BALANÇA DIGITAL CORPORAL. - Balança corporal de chão; -Visor digital para facilitar a visualização a pesagem; produto ideal para clínica médica, agentes de saúde para uso em campo, academia etc.; - Fonte de alimentação: Bateria AAA; - Função de desligamento automático; - Capacidade mínima de 150kg; - Plataforma antiderrapante; - Dimensões mínimas aproximadas: 30cm x 30cm x 2,5cm; - Garantia de doze meses. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Edital. O catálogo informa expressamente que a balança não requer baterias ou pilhas, enquanto o Edital exige fonte de alimentação por bateria AAA. **Marca TEXTFINE. REPROVADO.**

- **RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.013.255/0001-78.**

Item 52 – ESPAÇADOR COM MÁSCARA NN. Tamanho neonatal, espaçador ultra flexível com máscara siliconada, bivalvulado, adaptador universal para spray aerossol, transparente, câmara inquebrável. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Edital. A ficha técnica informa que a máscara é confeccionada em PVC, enquanto o Edital exige máscara siliconada. Dessa forma, conclui-se que o produto ofertado não atende às exigências do instrumento convocatório. **Marca MAXX CHAMBER BABY. REPROVADO.**

Item 53 – ESPAÇADOR COM MÁSCARA AD/INF. Tamanho ad/inf, espaçador ultra flexível com máscara siliconada, bivalvulado, adaptador universal para spray aerossol, transparente, câmara inquebrável. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Edital. A ficha técnica informa que a máscara é confeccionada em PVC, enquanto o Edital exige





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

3643

máscara siliconada. Dessa forma, conclui-se que o produto ofertado não atende às exigências do instrumento convocatório. **Marca MAXX CHAMBER. REPROVADO.**

- **PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.708.161/0001-20.**

Item 80 – LUVA ESTERIL 6,5. Luva cirúrgica estéril; formato anatômico; lubrificada com pó bio- absorvível; esterilizada por radiação ionizante. **Marca MEDIX. APROVADO..**

Item 81 – LUVA ESTERIL 7. Luva cirúrgica estéril; formato anatômico; lubrificada com pó bio- absorvível; esterilizada por radiação ionizante. **Marca MEDIX. APROVADO..**

Item 82 – LUVA ESTERIL 7,5. Luva cirúrgica estéril; formato anatômico; lubrificada com pó bio- absorvível; esterilizada por radiação ionizante. **Marca MEDIX. APROVADO..**

- **ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.717.724/0001-82.**

Item 103 – ÓLEO CICATRIZANTE. Óleo de girassol hidratante e cicatrizante, indicado para tratamento de feridas, prevenção de escaras, e age hidratando a pele. A base de A.G.E (Ácidos Graxos Essenciais) e T.C.M (Triglicerídeos de Cadeia Média) com Lecitina de soja e vitaminas A e E. - Estimula a cicatrização e hidrata a pele; - Prevenção de escaras, úlceras de pressão; - Tratamento de isquemias diabéticas; - Lesões de pele (com ou sem infecção); - Frasco 200ml.. **Marca DERMAEX. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Marmeleiro, 22 de julho de 2026.

Jean Max da Silva
Assistente Administrativo
Fiscal de Contrato

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/07/2026 08:16 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p820f6368a2ac6>

