

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 916/2025
CÓD. VERIFICADOR: 3J7PV5CW

UASG: 454524 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

**PARECER DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS,
FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO
DOCUMENTO QUE DEMONSTRE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 18 de junho de 2025

Edital de Pregão Nº 026/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 916/2025

ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Empresa proponente: Automx Soluções Ltda.

Item 177: TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA: Termômetro de temperatura Máxima e mínima (IN/OUT), utilizado para medições simultâneas de Temperatura interna e externa através de sensor.

Características:

- Fabricado em ABS;
- Display em LCD;
- Memória para temperatura máxima e mínima;
- Botão para zerar a memória;
- Resolução na tela: 0,1°C ou 0,2°F;
- Alarme configurável para ponto de congelamento;
- Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F);
- Comprimento sensor externo (cabo): mínimo 1,90 m
- Especificações Técnicas: Faixa de Temperatura Interna: -20°C ~70°C (-4°F ~158°F); Externa: -50°C ~70°C (-58°F ~158°F). Precisão ± 1°C.

Resultado :APROVADO

Empresa proponente: JONATAS DOS SANTOS LEAL

113: Oxímetro Digital Medidor de Saturação de Oxigênio

- Com exibição da taxa de SpO2, frequência cardíaca - Alimentação por bateria de lítio interna recarregável com carregador ou pilhas AAA.
- Acompanha 3 sensores: adulto, pediátrico e neonatal.
- Mensuração de SpO2 : 35% ~100% com acurácia de medição SpO2: ±2%
- Medição da taxa de pulso: 30bpm ~250bpm com acurácia de medição: ±2bpm ou ±2% - Índice de Perfusão: Indicação de PI: 0.2% ~20% - Display com tela de LCD.
- Alarme audiovisual.
- Peso cerca de 50g - fácil manuseio e transporte.

Resultado :APROVADO





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Empresa proponente: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item 55: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.

Indicador analógico, aneroide, de braço,

Faixa de operação até 300 mmHg,

Braçadeira em nylon com fechamento em velcro.

RMS: 80540449001.

Resultado :APROVADO

Empresa Proponente: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item 72: FRALDA GERIÁTRICA EG

FRALDA GERIÁTRICA EG. Indicada para uso geriátrico, incontinência, pós -parto e pós -operatório. Unissex, de uso único, descartável, atóxica e isenta de substâncias alergênicas. Formato anatômico, com elástico nas pernas, cintura ajustável, núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose, flocos de gel superabsorventes, com fitas adesivas reajustáveis. Validade de 2 anos. O item deve atender a Resolução ANVISA/DC Nº 142 DE 17/03/2017, Art. 12, Cap. III, ANEXO III –que trata dos requisitos sobre rotulagem obrigatória geral para produtos descartáveis.

RESULTADO :APROVADO

Item 123: PROTETOR OCULAR ADULTO: Protetor ocular estéril descartável adulto indicado para proporcionar barreira mecânica na região ocular, bem como bloqueio de luminosidade em casos em que se faça necessário, como no tratamento do estrabismo. Com formato anatômico. Material adesivo de fácil aderência e remoção, poroso que permite a transpiração da pele. Hipoalergênico; Tamanho aproximado: 58mm x 82mm. Caixa com 20 unidades.

RESULTADO :APROVADO

Empresa proponente: Veneza Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda

Item 73: FRALDA GERIÁTRICA G

Indicada para uso geriátrico, incontinência, pós-parto e pós-operatório. Unissex, de uso único, descartável, atóxica e isenta de substâncias alergênicas. Formato anatômico, com elástico nas pernas, cintura ajustável, núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose, flocos de gel superabsorventes, com fitas adesivas reajustáveis. Validade de 2 anos. O item deve atender a Resolução ANVISA/DC Nº 142 DE 17/03/2017, Art. 12, Cap. III, ANEXO III que trata dos requisitos sobre rotulagem obrigatória geral para produtos descartáveis.

RESULTADO :APROVADO





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Item 74: FRALDA GERIÁTRICA M

Indicada para uso geriátrico, incontinência, pós-parto e pós-operatório. Unissex, de uso único, descartável, atóxica e isenta de substâncias alergênicas. Formato anatômico, com elástico nas pernas, cintura ajustável, núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose, flocos de gel superabsorventes, com fitas adesivas reajustáveis. Validade de 2 anos. O item deve atender a Resolução ANVISA/DC Nº 142 DE 17/03/2017, Art. 12, Cap. III, ANEXO III que trata dos requisitos sobre rotulagem obrigatória geral para produtos descartáveis.

RESULTADO : APROVADO

Empresa Proponente: MARQUES SABINO BRANDAO

Item: 47: DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR.

Detergente para a limpeza ou pré-limpeza de instrumental cirúrgico, artigos médicos de forma geral, móveis, utensílios e demais itens laváveis encontrados em ambiente hospitalar. Indicado para uso em materiais compostos de inox, PVC, Acrílico, polietileno, vidro, porcelana e outras superfícies laváveis. Incolor; Inodoro; Densidade a 20/4 C (g/cm³): 0,99 a 1,02; pH do produto puro: 7,0 a 8,0; Viscosidade a 25 C (cSt): 300 a 400). Galão 5 L.

RESULTADO : APROVADO

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para maiores esclarecimentos

Rudimar Ernandes Walkoviecz
Assistente Administrativo

