

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1382/2025**  
**CÓD. VERIFICADOR: B02DIXPS**

**UASG: 454524 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR**

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

**PARECER DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS,  
FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO  
DOCUMENTO QUE DEMONSTRE  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE MARMELEIRO – PR  
Av. Dambros e Piva, 130, Centro, Telefone (46) 3525-1677

## PARECER DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 1382/2025 – LIC

Pregão Eletrônico nº 049/2025

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

### “4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas** após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

4.4.2. **TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.”**

### 1. EMPRESAS

- **Razão Social:** DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **CNPJ:** 19.316.524/0001-14.

**Item 15: Caixa térmica portátil**, com capacidade de 80 litros, termômetro digital externo embutido, alça de transporte com trava, paredes interna, externa e tampa em polipropileno, isolamento térmico em poliestireno expandido, revestimento interno em poliuretano (PU) e sistema de rodízios para locomoção. **Marca/Modelo: IGLO – 85 Litros.**

Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, **motivo pelo qual o item é considerado não conforme.**

Rudimar Ernandes Walkowiecz  
Assistente Administrativo

Rosemari de Oliveira Scolari  
Diretora do Departamento  
Municipal de Saúde

Jaqueline Pessin  
Enfermeira

