



1º ADENDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2016 – PMM
EXCLUSIVO PARA ME e EPP.
PROCESSO Nº 219/2016
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO: Menor preço unitário do item.

Interessados: Departamento de Saúde

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2016 – PMM

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos.

O Município de Marmeleiro, por intermédio da Pregoeira esclarece que efetuará alterações no Edital Pregão Eletrônico em epígrafe, nos seguintes termos:

Fica alterada o LOTE 20, passando a vigorar o seguinte descritivo:

| Fica alterada o LOTE 20, passando a vigorar o seguinte descritivo: | | | | |
|--|----|----|-------------------------------------|--|
| 20 | 02 | un | Desfibrilador Semi Automático - DEA | <p>Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente• Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso de adultos e crianças. O choque mínimo para adultos deve ser de 100 joules, e o choque mínimo para crianças de 50 joules.• Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil.• Tempo de carga máximo para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas;• Instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso.• Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção.• Deverá permitir atualizações dos protocolos e guidelines científicos de procedimentos;• Dimensões aproximadas em milímetros de 250 X |



Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>140 X 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo a bateria e acessórios;</p> <ul style="list-style-type: none">• Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG;• Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar/superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação;• Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca; três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis.• Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água), resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; Manual de operação em português; Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano. |
|--|--|--|--|---|

Fica alterada ainda:

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 11:30 horas do dia 09 de setembro de 2016.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 12 de setembro de 2016.

As demais permanecem inalteradas.

Marmeleiro, 26 de agosto de 2016.

Luciana Arisi
LUCIANA ARISI
Pregoeira