

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1382/2025
CÓD. VERIFICADOR: B02DIXPS

UASG: 454524 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

**PARECER DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS,
FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO
DOCUMENTO QUE DEMONSTRE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

1.760

PARECER DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Processo Administrativo Eletrônico n° 1382/2025 – LIC

Pregão Eletrônico n° 049/2025

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

“4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas** após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

4.4.2. **TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.”**

1. EMPRESAS

- **Razão Social:** TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ: 42.599.771/0001-97.

Item 33: Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico; Filtros verde e azul; Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação; Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica bivolt automático (100V – 240V). Possuir Registro na Anvisa/MS. **Marca/Modelo:** GLOBAL – NO115B1. Os documentos técnicos apresentados **atendem** integralmente ao solicitado no Edital.

Rudimar Ernandes Walkoviecz
Assistente Administrativo

Rosemari de Oliveira Scolari
Diretora do Departamento de Saúde

Katiane Cella
Bioquímica

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/08/2025 14:39 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/pa4b2f685269fe>.

